

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

CNPJ: 95.991.287/0001-75      Telefone: 49254-1173  
RUA LAUREANO JOÃO CARRARO, 156  
C.E.P.: 89535-000    - Ponte Alta do Norte - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 20/2017 - PR**

Processo Administrativo:      3/2017  
Data do Processo Adm.:      22/08/2017  
Processo de Licitação:      20/2017  
Data do Processo:      23/08/2017

Folha: 1/2

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	1,000	UNI	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOLÓGICOS: EQUIPAMENTO VERTICAL, DE FORMATO EXTERNO E INTERNO RETANGULAR, DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA AGUARDA CIENTÍFICA DE VACINAS CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 340 LITROS ÚTEIS OU 22.000 DOSES DE 5ML, REFRIGERAÇÃO COMPACTA E SILENCIOSA, COMPRESSOR HERMÉTICO, SELADO, DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO, DEGELO SECO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DO CONDENSADO SEM TRABALHO ADICIONAL, CÂMARA INTERNA TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL E DE FÁCIL MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ASSEPSIA, COM NO MÍNIMO (CINCO) PRATELEIRAS E/OU GAVETAS DESLIZANTES FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM CONTRA PORTAS EM ACRÍLICO. PORTA DE VIDRO TIPO "NO FOG" OU CEGA. ISOLAMENTO TÉRMICO MÍNIMO DE 70MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO LIVRE DE CFC. EQUIPADO COM RODÍZIOS ESPECIAIS COM FREIO NA PARTE FRONTAL PARA FÁCIL TRAVAMENTO. PAINEL DE COMANDO E CONTROLE FRONTAL SUPERIOR DE FÁCIL ACESSO COM SISTEMA MICROPROCESSADO PELO DISPLAY EM LCD OU LED, PROGRAMÁVEL DE NO MÍNIMO 1°C A 8°C COM TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA. ALARME SONORO DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA DE FÁCIL AJUSTE, PRÉ FIXADO EM 3 E 7°C, TERMÔMETRO DIGITAL DE TEMPERATURA DE MOMENTO MÁXIMA E MÍNIMA NO CONTROLADOR DIGITAL COM SISTEMA DE MEMÓRIA PARA TOTAL SEGURANÇA DE FUNCIONAMENTO, BOTÃO SILENCIADOR DE ALARME SONORO, SINALIZADOR LUMINOSO DE EQUIPAMENTO ENERGIZADO DE REFRIGERAÇÃO EM RECUPERAÇÃO, ALARME SONORO DE FALTA DE ENERGIA COM BATERIA RECARREGÁVEL, CHAVE GERAL DE ENERGIA - LIGA/DESLIGA, EQUIPAMENTO DISPONÍVEL EM 110 OU 220 VOLTS, 50/60 HZ, DISCADOR DE TELEFONE PARA 09 (NOVE) NÚMEROS E MANUAL EM PORTUGUÊS. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO PADRÃO RBC, PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO QO/ QP/QI, EQUIPAMENTO COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. REGISTRO NO		20.300,0000	20.300,0000

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

CNPJ: 95.991.287/0001-75      Telefone: 49254-1173  
RUA LAUREANO JOÃO CARRARO, 156  
C.E.P.: 89535-000    - Ponte Alta do Norte - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 20/2017 - PR**

Processo Administrativo:      3/2017  
Data do Processo Adm.:      22/08/2017  
Processo de Licitação:      20/2017  
Data do Processo:      23/08/2017

Folha: 2/2

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
------	------------	------	---------------	-------	--------------------	--------------------

MINISTÉRIO DA SAÚDE. (7328)

(Valores expressos em Reais R\$)

**Total Máximo Geral:**

**20.300,0000**