

ESTADO DE SANTA CATARINA
FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE

CNPJ: 95.991.287/0001-75 Telefone: 49254-1173
RUA LAUREANO JOÃO CARRARO, 156
C.E.P.: 89535-000 - Ponte Alta do Norte - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 9/2018 - PR

Processo Administrativo: 11/2018
Data do Processo Adm.: 04/12/2018
Processo de Licitação: 9/2018
Data do Processo: 04/12/2018

Folha: 1/2

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	1,000	UNI	01 (um) equipamento ULTRASSOM DIAGNÓSTICO - GINECO / OBSTETRÍCIA E EXAMES BÁSICOS, com as seguintes características mínimas: Sistema digital de alta resolução para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M. Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Permitir acesso as imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós- processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame - rate extremamente elevado. Todos os transdutores multifrequênciais, banda larga. DVD-RW integrado. HD interno de no mínimo 160GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para		104.600,0000	104.600,0000

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FM DE SAUDE DE PONTE ALTA DO NORTE**

CNPJ: 95.991.287/0001-75 Telefone: 49254-1173
RUA LAUREANO JOÃO CARRARO, 156
C.E.P.: 89535-000 - Ponte Alta do Norte - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 9/2018 - PR

Processo Administrativo: 11/2018
Data do Processo Adm.: 04/12/2018
Processo de Licitação: 9/2018
Data do Processo: 04/12/2018

Folha: 2/2

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
------	------------	------	---------------	-------	--------------------	--------------------

transdutores. Acompanhar os seguintes
transdutores banda larga
multifrequenciais: Transdutor Convexo
com frequências de 2.0 a 6.0 MHz,
variação de +/- 1 MHz; Transdutor Linear
com frequências de 5 a 15 MHz, variação
de +/- 1 MHz; Transdutor Endocavitário
com frequência de 4.0 a 9.0 MHz e
variação de +/- 1 MHz com abertura
mínima de 125° e guia de biópsia
reutilizável; Transdutor Setorial com
frequências de 2.0 a 4.0 MHz, variação
de +/- 1 MHz. Acessórios: Vídeo Printer
preto e branco, no break compatível com
o equipamento, tensão de entrada 220 v,
tensão de saída compatível com o nobreak.
Garantia mínima 12 meses (8111)

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Máximo Geral:

104.600,0000